



# GMINA TWARDOGÓRA

56 - 416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

Twardogóra, dnia 04-01-2010r.

IT.0341-33-1/10

## Do wszystkich wykonawców

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 j.t.), Gmina Twardogóra przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ na „Dostawę nowego aparatu USG do SZPZOZ w Twardogórze”.

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG posiadający zakres częstotliwości pracy 2.0 MHz do 15.0 MHz?

### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat USG posiadający głowicę przezpochwową pracującą w zakresie od 5.0 MHz do 9.0 MHz?

### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat posiadający zapis zdjęć, pętli obrazowych w formacie BMP, JPG, AVI, DICOM?

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat posiadający maksymalną szerokość obudowy wynoszącą 53,3cm?

### Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie co znaczy wymóg „możliwość pracy z głowicami EUS”?

### Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat nie posiadający możliwości rozbudowy o głowicę laparoskopową?

### Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat nie posiadający możliwości rozbudowy o głowicę z centralnym kanałem biopsyjnym?

### Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat posiadający możliwość zaprogramowania 2 przycisków funkcyjnych?

### Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego jest zbyt krótki, aby sprawdzić aparat z fabryk producenta, gdyż w ostatnim kwartale każdego roku realizowanych jest zwykle wiele zamówień na aparaty, a terminy ich dostawy ulegają znacznemu wydłużeniu.

### Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane 12-miesięcznego okresu gwarancji? Skrócenie wymaganego okresu gwarancji znacznie obniży cenę oferowanego aparatu USG.

### Odpowiedź na pytanie 1-10

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sprecyzował wyraźnie i jednoznacznie parametry wymaganego sprzętu oraz warunki dostawy i serwisu. Parametry te są niezmiennalne i obowiązujące.

**BURMISTRZ**  
*Jan Dzugaj*